



CapsoVision
empowering through innovation

Capso **CAM**
PLUS



NÁVOD K POUŽITÍ

CapsoCamPlus®

Česky

CE 0197

Indikace pro použití

CapsoCam Plus® je systém kapsle, určený pro vizualizaci stěny tenkého střeva u pacientů starších 2 roky a více. Může se použít jako nástroj pro detekci abnormalit tenkého střeva.

Indikace pro pediatrické použití

S odkazem na dosud publikovanou literaturu a dostupné směrnice je indikace pro pediatrické pacienty pro kapslovou endoskopii (CE) následující:

- Diagnóza zánětlivého onemocnění střev (IBD), včetně vyhodnocení podezření na Crohnovu chorobu (CD) a následná diagnostická vyšetření pediatrických pacientů s prokázanou CD.
- Normální CE studie má velká specifika pro vyloučení CD tenkého střeva.
- CE by měla být doporučována při podezřeních na CD, kdy konvenční endoskopie a zobrazovací metody nejsou schůdné nebo neurčily diagnózu, a když nejsou přítomny žádné příznaky obstrukce ve střevech.
- Možnost zadržení kapslí by měla být pečlivě zvážena u pacientů s rizikem střevní stenózy, zejména u pacientů po předchozí operaci břicha a těmi s prokázanou Crohnovou chorobou.
- Diagnóza okultního gastrointestinálního krvácení (OGIB) a/ nebo chronické anémie—jako alternativní diagnostická

metoda a jako nástroj pro zvládání OGIB u pediatrických pacientů.

- Diagnóza polypózních syndromů—poskytující bezpečnou a přesnou detekci polypů tenkého střeva u pediatrických pacientů. Specificky může být CE použita jako nástroj pro screening a pro sledování pacientů s Peutz-Jeghersovým syndromem (PJS).
- CE může být užitečná jako alternativní diagnostická metoda pro další nemoci postihující dětskou populaci jako: celiakie a malabsorpční syndrom, lymfangienktázie, reakce štetpu proti hostiteli, chronická bolest břicha a špatné prospívání.

Popis zařízení

CapsoCam Plus je kapsle na jedno použití určená ke spolknutí, která pořizuje a ukládá snímky endoskopického vyšetření ve vnitřní paměti při pohybu gastrointestinálním traktem, je poháněná přirozenou peristaltikou. Pacient získá kapsli zpět pomocí dodané sady a vrátí ji lékaři, (nebo pošle kapsli do Centra stahování informací v předplacené obálce), kde je kapsle zpracována a stáhnou se z ní údaje. Obrázky lze prohlížet na počítači nebo tabletu (pouze vybrané země). Kapsle se obvykle vyloučí do 3 až 30 hodin po požití.

CapsoCam Plus příslušenství

- CapsoRetrieve Sada na získání kapsle: set, určen k odběru vylučované kapsle CapsoCam Plus.

- Software CapsoView: softvér, určený ke stahování obrázků z kapslí CapsoCam Plus, generování video souborů, prohlížení videí, anotace obrázků a generování zpráv.
- CapsoAccess Přístup k systému dat z kapsle: datový systém určený pro přístup k datům z kapsle CapsoCam Plus.
- Cloudový software CapsoCloud: softvér, určen ke správě obrazů pacienta z CapsoCam Plus při vyšetření a ke kontrole a analýze snímků (pouze vybrané země).

Technická data

IP68

Typ BF aplikovaná část

Napájeno 3.1V DC baterií

10mA

Třída IIa

Běžný název

Systém, zobrazování, gastrointestinální, bezdrátový, kapsle

Rozsah provozních podmínek

Zařízení funguje **in vivo**. **Ex vivo** funguje v následujícím rozsahu provozních podmínek —

Teplota: 5° - 40° C

Vlhkost: 5% - 95%

Atmosferický tlak: 59kPa - 105kPa

Provozní prostředí

Předpokládané prostředí k použití CapsoCam Plus je prostředí domácí péče, nemocnice, přepravní a ambulantní prostředí.

Kontraindikace

CapsoCam Plus kapsle je kontraindikována u pacientů:

- S potvrzením nebo podezřením na gastrointestinální obstrukci, zúžení nebo píštěl
- V těhotenství
- S gastroparézou
- S poruchou polykání

Pacientův stav

Lékař by měl zvážit pořízení snímků tenkého střeva u pacientů s podezřením na zúžení nebo píštěle před použitím této metody. Další rizika spojená se stavem pacienta jsou uvedena na str.4.

Nežádoucí účinky

Potenciální nežádoucí účinky spjaté s použitím této metody mohou zahrnovat:

- Obstrukci, perforaci a zranění sliznice nebo krvácení.
- Opožděné vyvolání nebo nevyvolání/zadržení kapsle a
- Aspirace kapsle.
- V některých případech je k odstranění kapsle nutná intervence.

Upozornění

- Ujistěte se, že zařízení je použito pouze personálem vyškoleným na standardní operační postup pro kapslovou endoskopii prováděnou systémem CapsoCam Plus.
- V malém množství případů mohou kapsle CapsoCam Plus selhat a neposkytnout obraz celého tenkého střeva kvůli variacím v GI motilitě pacienta nebo jeho anatomii.
- Replace this text with the text: Konečná diagnóza by měla být stanovena pouze lékaři, kteří jsou vyškoleni v interpretaci snímků endoskopie kapslí.

Výhody

- CapsoCam Plus Capsule je nástroj pro vizualizaci gastrointestinálního traktu, konkrétně tenkého střeva.
- Systém pracuje bez použití vysokofrekvenčního (RF) přenosu a proto není kontraindikován pro pacienty s elektronickými implantovatelnými zařízeními.
- Všechna diagnostická data jsou uložena v kapsli, pacienti mohou podstoupit vyšetření i bez nošení externího přijímače.
- CapsoCam Plus přináší jednoduchou, bezpečnou a méně invazivní alternativu tradičního endoskopického zobrazovacího postupu.
- Postup nevyžaduje sedaci nebo ozaření.

Rizika

- Všechny léčebné postupy nesou určitá rizika. Informace v této příručce by neměly být používány jako náhrada za konzultaci s poskytovatelem zdravotní starostlivosti“ ohledně diagnózy a léčby.
- CapsoCam Plus kapslová endoskopie není pro každého pacienta. CapsoCam Plus video kapsuly jsou kontraindikovány u pacientů se známou nebo předpokládanou gastrointestinální obstrukcí, strikturami nebo fistulemi, u těhotných, s gastroparézou a u pacientů s polykací poruchou.
- Zadržení kapsle, která zůstává v zažívacím traktu po dobu delší než 72 hodin, byla hlášena u méně než 2% všech endoskopických postupů u kapslí.
- Příčiny zadržení kapsle, které jsou citované v literatuře zahrnují: NSAID striktury, Crohnovu chorobu, malé nádory střeva, střevní srůsty, vředy a radiální enteritidu.
- I když každé riziko bylo řešeno a minimalizováno, jak jen to bylo možné, vždy je možnost, že CapsoCam Plus může selhat kvůli součástkám, hardwaru, softwaru nebo problémům s obalem. To vede k opoždění diagnózy, snížené kvalitě obrazu, nedokončenému vyšetření nebo k poškození dat.
- Rizika netěsnosti kapsle, alergické reakce, biologické kontaminace a infekce byly řešeny a minimalizovány, jak

jen to bylo možné. Je možnost, že se tyto mohou objevit, pokud není s produktem nakládáno dle tohoto návodu k použití a platných nemocničních postupů, ale pravděpodobnost výskytu je velice nízká.

- Shrnutí v literatuře odhadují riziko zadržení pro podezření na Crohnovu chorobu asi 1.4%, obstrukční krvácení 1.5%, pro Crohnovu chorobu 5% a pro neoplastické léze 2.1% [1], [2].

[1] Cave et al. Endoscopy. 2005; 37: 1065–1067.

[2] Zhuan et al. GI Endoscopy. 2010; 71: 280–286.

Zvláštní upozornění pro pediatry

- U pediatrických pacientů se musí zvážit rizika a benefity provedení obvyklého vyšetření snímkováním tenkého střeva k vyhodnocení přítomnosti nebo absence striktur nebo píštělí v tenkém střevě, protože riziko potenciálně škodlivého účinku záření může být větší pro pediatrické pacienty a diagnostická přesnost této metody nemusí spolehlivě vyloučit možnost zadržení kapsle. Endoskopie magnetickou rezonancí (MRE) nebo administrace retenční kapsle by měla být uvážena, jako možná diagnostická metoda k vyhodnocení možné přítomnosti striktur nebo píštělí a potenciálního rizika zadržení kapsle.
- U pediatrických pacientů se musí zvážit rizika a benefity použití komerčně dostupné retenční kapsle pro vyhodnocení průchodnosti tenkého střeva pro CapsoCam Plus kapsli (30.5mm x 11.3mm). Ačkoli retenční kapsle

jsou vhodné pro vyhodnocení průchodnosti tenkého střeva, ne vždy ukáží přítomnost možných striktur v tenkém střevě. retenční kapsle může také vést k dalšímu riziku infekce a perforace, protože může uvíznout v tenkém střevě. Při pediatrickém použití musí být uvážena doporučení daného výrobce komerčně dostupných retenčních kapslí.

- U pediatrických pacientů se musí zvážit rizika a benefity pro použití CE coby počáteční diagnostické metody pro vyhodnocení podezření na OIGB a/nebo chronickou anemii, protože neexistují specifická klinická hodnocení indikace nebo úspěšnosti CE pro dětské pacienty s OIGB. Do dnes publikované klinické směrnice doporučují gastrokopii nebo kolonoskopii jako metody pro počáteční diagnostiku pro pediatrické pacienty s podezřením nebo prokázaným OIGB a/nebo chronickou anémií. CE může být vhodné použít, když ostatní metody neodhalily příčinu OIGB a/nebo chronické anemie.
- U pediatrických pacientů se musí zvážit rizika a benefity použití CE v různých stádiích podvýživy, protože existují omezené údaje z jednoho zdroje, které naznačují, že riziko zadržení kapsle u pediatrických pacientů s nižším BMI může být vyšší.
- Přestože jsou komplikace spojené s CE u pediatrických pacientů podle publikovaných směrnic méně časté, jsou stejné jako u dospělých pacientů a zadržení kapsle je

nejvýznamnější z nich. Možnost zadržení kapsle musí být zvažena před předepsáním CE pediatrické populaci.

- Další komplikace pozorované u pediatrických pacientů jsou: nevolnost, zdánlivá neschopnost spolknutí kapsle, zpožděná doba průchodu z neznámé příčiny a dočasná zadržení v žaludku.

Příprava střeva

Zadržení kapsle, která zůstává v zažívacím traktu po dobu delší než 72 hodin, byla hlášena u méně než 2% všech endoskopických postupů u kapsli.

Příprava pro použití

- Zkontrolujte těsnost fólie. Nepoužívejte, jestliže je poškozený svár nebo samotná fólie.
- Připravte si sklenici nebo láhev vody. Doporučené množství vody je 0.5 litr.

Návod k použití CapsoCam Plus

1. Otevřete obal kapsle odlepením krycí fólie.
2. Použijte rukavice, odstraňte plastové víčko, které kryje kapsli.
3. Pečlivě uchopte kapsli a vytáhněte ji z obalu. **Dbejte na to, aby kapsle nevypadla na podlahu.** Kapsle se může pádem poškodit, což může vést k neúplnému vyšetření. Před polykáním se ujistěte, že magnet z obalu **není** připevněn ke kapsli.

4. Během přibližně deseti vteřin po vyjmutí od magnetu LED diody kapsle začne blikat, což znamená, že kapsle je aktivována. Pokud se kapsle neaktivovala do 20 sekund po vyjmutí z obalu, umístěte konec kapsle s baterií na magnet v obalu a opakujte krok 4 znovu. Jakmile se ujistíte, že kapsle bliká, je připravena ke spolknutí. Pokud kapsle neblíká, tak nefunguje správně a měla by být vyměněna.
5. Kapsle by měla být vložena do úst pacienta a spolknuta, možnost zapít i sklenicí vody. Pacienti by se měli vyhnout kousání kapsle. Kapsle musí být spolknutá do 10 minut po vyjmutí z obalu. Není-li pacient schopen spolknout kapsli v rámci této doby, vraťte kapsli do obalu přichycením konce s baterií na magnet, což kapsli deaktivuje.
6. Pacient se může zapojit do běžných každodenních činností, zatímco se kapsle pohybuje skrz zažívací trakt. Pacient by se měl poradit s lékařem, pokud má otázky ohledně zapojení do určité činnosti.
7. Kapsle se obvykle vyloučí z těla mezi 3-mi až 30-ti hodinami po spolknutí.

CapsoRetrieve® Sada na získání kapsle



POZOR! Udržujte magnetickou část alespoň 5 cm od kardiostimulátorů a jiných lékařských zařízení s aktivním implantátem.

Popis zařízení: Capso Retrieve Sada na získání kapsle je příslušenství na jedno použití, které je určeno k odběru vyloučené kapsle CapsoCam.

Použití: Capso Retrieve Sada na získání kapsle je určena pro sběr, skladování a přepravu vyloučené kapsle CapsoCam.

Kontraindikace: Capso Retrieve Sada na získání kapsle nemá žádné známé kontraindikace.


Skladování: Capso Retrieve Sadu na získání kapsle skladujte za normálních podmínek v běžném prostředí.

Záruka: Společnost CapsoVision zaručuje, že tato sada neobsahuje vady materiálu ani jeho zpracování. Společnost CapsoVision nenese odpovědnost za náhodné ani následné škody jakéhokoli druhu. Výše uvedené záruky nahrazují všechny ostatní záruky vyjádřené nebo předpokládané, včetně jakékoli záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro použití.

Návod k použití pro Capso Retrieve Sada na získání kapsle

1. Připravte soupravu, kterou si pacient může vzít domů.
2. Vyjměte lahvičku na vzorky z pouzdra. Před vložením lahvičky zpět do soupravy a poskytnutím pacientovi, na

vnější stranu injekční lahvičky nalepte veškeré potřebné označení (např. sériové číslo).



3. Poučte pacienta o potřebě a postupu získávání kapsle:
 - Ukažte pacientovi jednotlivé položky obsažené v soupravě a vysvětlete, jak se každá z nich používá, podle pokynů přiložených k této soupravě (IFU-1461-2)
 - Zdůrazněte, že pokud dojde ke ztrátě kapsle, bude možná nutné postup opakovat.
 - Zdůrazněte, že každé, když pacient cítí po požití tobolky pohyb střev, musí být použita sběrná mísa.
4. Použitá souprava může být biologicky kontaminovaná a měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy.

Varování



Laserové záření — Třída 1M, nesledujte přímo optickými přístroji

- Polykat kapsle by neměli pacienti, u kterých existuje obava z aspirace (např. v důsledku kognitivních nebo neurologických deficitů nebo anamnézy aspirace). U těchto pacientů je doporučeno, zavést kapsli do dvanáctníku pomocí endoskopického systému dávkování kapslí. Umístění kapsle do dvanáctníku snižuje riziko aspirace kapsle a žaludeční retenci.
- Pacient se známým nebo předpokládaným zpožděným vyprazdňováním žaludku (bez ohledu na to zda je to spojené s nemocí nebo vyvolané léčbou) by mohl být vystaven zvýšenému riziku neúplného vyšetření.
- Poučte pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, jestliže po požití CapsoCam Plus kapsle nastanou bolesti břicha, nevolnost, nebo zvracení.
- Pouze jedna CapsoCam Plus kapsle by měla být požitá v jeden čas a to pouze po potvrzení, že v těle pacienta nejsou žádné další CapsoCam Plus kapsle.
- U pacientů s neodhalenými strikturami zažívacího traktu může každá CapsoCam Plus kapsle potenciálně způsobit obstrukci střev, což vede k potřebě hospitalizace a chirurgickému zákroku.

- U tohoto zařízení nebyly stanoveny bezpečnostní pokyny pro těhotné ženy.
- Bezpečnostní pokyny u tohoto zařízení nejsou známy u pacientů s významným gastrointestinálním divertikulárním onemocněním.
- Konečnou diagnózu by měli provádět pouze lékaři, kteří jsou proškoleni v interpretaci endoskopických obrazů kapslí.
- CapsoCam Plus kapslový endoskopický systém musí být instalován a uveden do provozu podle informací o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) poskytnutých v průvodních dokumentech.
- Pacienti by se měli vyhnout kousání CapsoCam Plus kapsle před spolknutím.
- Pacient by neměl kapsli polykat, pokud je kapsle jakkoliv poškozena, včetně poškození silným kousáním.
- Pokud není kapsle vyloučena po 72 hodinách, kontaktujte, prosím, svého lékaře
- Uchovávejte kapsle CapsoCam Plus a jejich obaly na bezpečném místě, mimo dosah dětí a kojců.
- Pokud osoba náhodně polkla kapsli CapsoCam Plus nebo vložené magnetky balení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Uchovávejte balení, včetně vestavěného magnetu, nejméně 5 cm od kardiostimulátorů a jiných zdravotnických zařízení s aktivním implantátem.

- Nepravujte kapsli bez oprávnění výrobce.
- Pacienti by neměli nastoupit do letadla, dokud se kapsle nevyloučí.
- CapsoCam Plus potřebuje zvláštní opatření týkající se EMC a musí být používán podle informací EMC uvedených v této příručce.
- Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou mít vliv na CapsoCam Plus.
- Použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než těch, které specifikuje společnost CapsoVision, Inc., může vést ke zvýšení EMISÍ nebo snížení IMUNITY přístroje CapsoCam Plus.
- CapsoCam Plus by neměl být používán v blízkosti nebo nakládán s jiným zařízením a je-li potřeba sousední nebo složené použití, je třeba dodržet CapsoCam Plus, aby se ověřila normální funkce v konfiguraci, ve které bude použito.
- Negativní nebo normální výsledek získaný kapslí CapsoCam Plus nevyklučuje přítomnost patologie a pokud příznaky přetrvávají, mělo by být provedeno další hodnocení.
- Je-li podezření na střevní fistuly, striktury nebo stenózy, nebo pokud pacient předtím podstoupil břišní či pánevní operaci, měl by lékař zvážit provedení postupu pro zjištění průchodnosti předmětu velikosti kapsle CapsoCam Plus.
- Po požití kapsle CapsoCam Plus a dokud se nevyloučuje, by se pacient neměl nacházet v blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí.
- Pacienti by neměli podstoupovat vyšetření MRI, dokud se kapsle nevyloučí. Může dojít k poranění pacienta a k lékařským komplikacím.
- CapsoCam Plus by neměla být podávána pacientům mladším dvou (2) let.
- porozumění technickým zásadám, klinickým aplikacím a rizikům spojeným s endoskopickým systémem kapsle CapsoCam Plus je nezbytné před použitím tohoto výrobku. Před prvním použitím systému si přečtěte celou příručku.
- Chcete-li zabránit tomu, aby pacient byl vystaven nepředvídatelným rizikům během průchodu kapsle CapsoCam Plus, ujistěte se, že pacient důkladně rozumí postupu a poskytněte pacientovi kopii Pokynů pro pacienty.
- Nepoužívejte přípravek CapsoCam Plus po uplynutí jeho doby použitelnosti.
- Při požití kapsle existuje možnost udušení kapslí. nebo aspirace kapsle. Pokud má pacient potíže s požitím kapsle, může poskytovatel zvážit umístění kapsle endoskopicky. Pokud pacient vykazuje jakékoli klinické příznaky aspirace kapsle (namáhavé dýchání, sípání, nedobrovolný kašel, atd.), postupujte podle příslušných postupů v stavu pohotovosti.
- Použité kapsle jsou biologicky kontaminovány a při opakovaném použití mohou způsobit infekci bakteriemi, viry nebo jinými látkami.

Skladování

Capsle CapsoCam Plus uchovávejte v normálních vnitřních podmínkách prostředí. Vytahujte kapsli CapsoCam Plus z obalu až těsně před použitím.

Manipulace s vylučovanými a získanými kapslemi CapsoCam Plus

Lékař by měl poskytnout pacientovi pokyny k vrácení kapsle na kliniku nebo do kanceláře nebo poskytnout předplaceno poštovní obálku pro kapsli, která má být odeslána přímo do Centra stahování informací, kde budou kapsle zpracovány.

Vyčištění znečištěné kapsle CapsoCam Plus

S vyloučenými kapslemi by mělo být manipulováno v rukavicích, a vyčištěny a dezinfikovány by měly být následovně:

1. Vyčistěte kapsli pomocí ENZOL® Enzymatic Cleaner (nebo ekvivalentu) podle pokynů výrobce a kapsli důkladně vydrhněte. Podle potřeby použijte jemný kartáč se štětinami (zvláštní pozornost věnujte důlku ve spodní části tobolky), abyste důkladně odstranili všechny nečistoty.
2. Dezinfikujte kapsli pomocí dezinfekčního prostředku Revital-Ox™ Resert® nebo jeho ekvivalentu a důkladně opláchněte podle pokynů výrobce.
3. Kapsli důkladně vysušte.

Stážení dat na Klinice

Před stahováním dat z použité kapsle je třeba ji vyčistit, dezinfikovat a vysušit. Viz návod k použití společnosti CapsoView® CVV, který je možné stáhnout.

Likvidace

Kapsle a obaly likvidujte podle místních nařízení.

Záruka

Společnost CapsoVision zaručuje, že tato kapsle neobsahuje závady ani v materiálech, ani ve výrobě. Vhodnost použití kapsle pro jakýkoli postup musí být určena uživatelem. Společnost CapsoVision neodpovídá za náhodné nebo následné škody jakékoliv povahy. Výše uvedené záruky jsou nadřazeny všem ostatním zárukám, ať již výslovným nebo předpokládaným, včetně záruky jakéhokoliv obchodovatelnosti nebo vhodnosti k použití.

Základní výkon

Integrata dat při snímání a stahování snímků, laserová třída 1M a jednorázové použití jsou považovány za základní výkon kapsle CapsoCam Plus.

Federální komunikační komise (FCC) Dodržování shody

Systém CAPSOVISION (CapsoCam Plus) vyhovuje části 15 amerických pravidel FCC a mezinárodním standardům pro elektromagnetickou kompatibilitu, pokud jde o jeho použití.

(Tabulka 1)

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise		
CapsoCam Plus je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel CapsoCam Plus by měl zajistit, aby byl používán v takovém prostředí.		
Test emisí	Dodržování	Elektromagnetické prostředí - vedení
RF emise CISPR 11	Skupina 1	CapsoCam Plus využívá RF energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho vysokofrekvenční emise velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí rušení v nedalekém elektronickém zařízení.
RF emise CISPR 11	Třída B	CapsoCam Plus je vhodný pro použití ve všech zařízeních, včetně domácích zařízení a zařízení, která jsou přímo napojena na veřejnou napájecí síť s nízkým napětím, která dodává budovy používané pro domácí účely.


(Tabulka 2)

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost			
CapsoCam Plus je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel CapsoCam Plus by měl zajistit, aby byl používán v takovém prostředí.			
Test odolnosti	Zkušební úroveň IEC 60601	Úroveň souladu	Elektromagnetické prostředí - vedení
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduchu	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduchu	Podlahy by měly být ze dřeva, betonu nebo keramické dlažby. Pokud jsou podlahy pokryté syntetickým materiálem, měla by být relativní vlhkost alespoň 30%.
(50/60 Hz) magnetické pole IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Měření magnetických polí by mělo být v úrovních charakteristických pro typické umístění v typickém domácím, obchodním nebo nemocničním prostředí.

(Tabulka 3)

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost			
CapsoCam Plus je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel CapsoCam Plus by měl zajistit, aby byl používán v takovém prostředí.			
Test odolnosti	IEC 60601 Testovací úroveň	Úroveň souladu	Elektromagnetické prostředí - vedení
Provedeno RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz	Nelze použít	Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení by neměla být používána blízko k žádné části zařízení včetně kabelů, než je doporučená oddělovací vzdálenost vypočtená z rovnice platné pro frekvenci vysílače.
Vyzařované RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz až 2.7 GHz	20 V/m	<p>Doporučená vzdálenost od sebe</p> $d = 0,18 \sqrt{P} \text{ 80 MHz až 800 MHz}$ $d = 0,35 \sqrt{P} \text{ 800 MHz až 2,5 GHz}$ <p>kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m).</p> <p>Pevnost pole z pevných RF vysílačů, určená průzkumem elektromagnetického pole ^a, by měla být nižší než úroveň shody v každém kmitočtovém rozsahu. ^b</p>

(Tabulka 3 pokračování)

			<p>V okolí zařízení označených tímto symbolem může dojít k rušení:</p> 
<p>POZNÁMKA 1 Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.</p> <p>POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem struktur, objektů a lidí.</p>			
<p>^a Síla polí pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní / bezdrátové) telefony a pozemní mobilní radiostanice, amatérské rádio, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky předpovědět s přesností. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vlivem pevných RF vysílačů by měl být zvážen průzkum elektromagnetického pole. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde je CapsoCam Plus používána, překračuje příslušnou úroveň shody RF výše, je třeba počkat s použitím CapsoCam Plus, než bude zajištěn normální provoz. Pokud je zjištěn abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, například přesměrování nebo přemístění přístroje CapsoCam Plus.</p> <p>^b Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být nižší než 3 V / m.</p>			

(Tabulka 4)

**Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi
přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a CapsoCam Plus**

CapsoCam Plus je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou vyzařována rušení RF řízena. Zákazník nebo uživatel společnosti CapsoCam Plus může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení tím, že udržuje minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a CapsoCam Plus, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.


























Jmenovitý maximální výstupní výkon vysílače		Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače	
W	m		
	80 MHz až 800 MHz $d = 0.18\sqrt{P}$	800 MHz až 2.5 GHz $d = 0.35\sqrt{P}$	
0.01	0.02	0.04	
0.1	0.06	0.11	
1	0.18	0.35	
10	0.57	1.1	
100	1.8	3.5	

Pro vysílače s maximálním výstupním výkonem, které nejsou uvedeny výše, lze doporučenou oddělovací vzdálenost (d) v metrech (m) odhadnout za použití rovnice vztahující se k frekvenci vysílače, kde (P) je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Na 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem struktur, objektů a lidí.

Slovníček pojmů

Symbol	význam	Symbol	význam
	Katalogové číslo výrobce		Nepoužívejte tento výrobek opakovaně
	Upozornění: Viz doprovodné dokumenty		Kontakt / evropský zástupce výrobce
	Výrobek splňuje evropské normy pro bezpečnost a kvalitu		Použití do/Datum expirace (Použití do data uvedeného na balení)
	Pokyny jsou přiloženy a musí být přečteny		Sériové číslo položky (s doprovodným číslem)
	Zvláštní likvidace elektronického odpadu		Výrobce
	Použití pouze na předpis, Prodej na objednávku lékaře nebo na jeho příkaz		Laserové záření, Laserový přístroj třídy 1 M Nedívejte se přímo s optickými přístroji
	Položka číslo zásilky (s doprovodným číslem)		Typ BF aplikovaná část
	Omezení teploty		MR nebezpečný
	Datum výroby		Množství
	Omezení atmosférického tlaku		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Omezení vlhkosti		Pozor! Udržujte magnetickou část alespoň 5 cm od kardiostimulátorů a jiných lékařských zařízení s aktivním implantátem
	bez obsahu PVC		Dovozcem
	Elektronický návod k použití		

Návod k použití je k dispozici i v elektronické podobě na www.capsovision.com. Tiskřená kopie návodu k použití je k dispozici na vyžádání.

**Výrobce**

CapsoVision, Inc.
18805 Cox Ave, Suite 250
Saratoga, CA 95070 USA
Tel: +1 408 624 1488
Email: customerservice@capsovision.com

**Evropský zmocněný zástupce**

MedDevConsult GmbH
Airport Center (Building C)
Flughafenstraße 52a
22335 Hamburg, Germany
ec-rep@meddevconsult.de

Orgán pro posuzování shody

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nuremberg, Germany